

Telemetrie

op het Observatorium en de afdeling
Spoedeisende Hulp

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Bewaking van het hartritme via telemetrie

Om uw hartritme te controleren maakt u gebruik van een telemetrie-zender. Via plakkers op uw borst en buik bent u aangesloten op een zender die u bij u draagt. Met dit systeem wordt uw hartritme continu bewaakt. Op de afdeling waar u ligt is uw hartritme continu zichtbaar op een monitor en op de zender.

De zender werkt op een batterij. De verpleegkundige vervangt deze batterij regelmatig. De verpleegkundigen zien op de monitor wanneer de batterij (bijna) leeg is.

De cardioloog bepaalt hoelang uw hartritme bewaakt moet worden en ook wanneer u (onbewaakt) mag douchen.

Hieronder leest u hoe u de telemetrie-zender zo goed mogelijk gebruikt.

Richtlijnen

- De telemetrie-zender is kwetsbaar. Wij vragen u er zorgvuldig mee om te gaan. De zender mag niet nat worden. U kunt er niet mee douchen.
- Als u op een telemetrie-zender bent aangesloten, vragen wij u de deur van het toilet en de douche niet op slot te doen.
- Een goede manier om de zender te dragen is in een speciaal tasje. U mag de zender niet los meedragen.
- De zender heeft een beperkte reikwijdte en werkt via wifi. Binnen de afdeling Observatorium kunt u zich vrij bewegen.

Als u de afdeling wilt verlaten moet u dit altijd eerst overleggen met de verantwoordelijke verpleegkundige, die u precies kan vertellen tot hoever u van de afdeling kunt gaan.

Op de Spoedeisende Hulp kunt u op uw kamer of in de wachtkamer vrij bewegen. Als u deze ruimte wilt verlaten moet u eerst overleggen met de verantwoordelijke verpleegkundige.

- Als er door een storing geen wifi beschikbaar is zult u worden aangesloten aan de vaste hartbewaking op de kamer. U kunt dan, tijdelijk, niet vrij bewegen over de afdeling.
- Het kan zijn dat zich een technische storingen voordoet aan de zender. Dit komt bijvoorbeeld doordat een plakker of kabel loszit of doordat een batterij niet goed werkt. Deze storingen hebben dus niets te maken met uw hart.

Ook deze storingen worden op de monitor geregistreerd, waarna een verpleegkundige deze storing zal verhelpen. Als er één plakker of kabeltje los zit, wordt uw hartritme nog steeds geregistreerd.

- Als uw huid geïrriteerd raakt door de plakkers, kunt u de verpleegkundige vragen andere plakkers aan te brengen.
- Pijnklachten moet u altijd doorgeven aan de verpleegkundige. Op de telemetrie is niet alles te zien. De verpleegkundige kan dit dan melden aan de cardioloog en eventueel actie ondernemen.

De verpleegkundigen van uw afdeling zijn graag bereid verdere uitleg te geven.

Tot slot

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder? Stel ze gerust aan de verantwoordelijke verpleegkundige.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
oktober 2020
pavo 1537